

Số: 194/TB-TTYT

An Biên, ngày 09 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc mua thiết bị y tế, vật dụng

Kính gửi: Quý công ty.

Trung tâm Y tế An Biên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, “Mua thiết bị y tế, vật dụng” phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế An Biên với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị nhận yêu cầu báo giá: TRUNG TÂM Y TẾ AN BIÊN

Địa chỉ: Ấp 3 – xã An Biên – tỉnh An Giang

Điện thoại: 02973510129 – 02973881306

2. Hình thức nhận báo giá: Đề nghị Quý Công ty để toàn bộ hồ sơ báo giá vào 01 túi kín hoặc niêm phong (không bắt buộc).

Ngoài phong bì ghi: **Báo giá cung cấp thiết bị y tế, vật dụng.**


3. Nội dung báo giá: Quý Công ty có quan tâm và có khả năng cung cấp, gửi báo giá bao gồm các thông tin cơ bản như sau: tên trang thiết bị, tên thương mại, đơn vị tính, quy cách, chủng loại/mã sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật, hãng sản xuất, nước sản xuất, đơn giá, phân nhóm, phân loại, mã kê khai, ghi chú (nếu có)...

4. Thời gian nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/3/2026.

Trên đây là thông báo yêu cầu báo giá cung cấp thiết bị y tế, vật dụng phục vụ khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế An Biên thông báo đến quý công ty được biết để hợp tác. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu: VT, nnhngan.



BS. CKI. Trần Công Thành



SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ AN BIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ, VẬT DỤNG

(Kèm theo thông báo yêu cầu báo giá số 194 ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Trung tâm Y tế An Biên)

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Cấu hình, thông số kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất Xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Giường hồi sức hai tay quay	Model: HK-9016 Hãng sản xuất: hong ky co., ltd/ Việt Nam	Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 1. Qui cách ($\pm 5\%$) <ul style="list-style-type: none">Tổng thể: dài 2160 x rộng 960mmMặt giường: dài 2050 x rộng 880mmChiều cao: 500mm 2. Chất liệu <ul style="list-style-type: none">Mặt giường và khung giường làm bằng thép sơn tĩnh điện.Tám chắn đầu/đuôi giường làm bằng nhựa cứng đúc nguyên khối.Lan can làm bằng inox SUS 304, được phủ lớp sơn tĩnh điện không màu. 3. Chức năng <ul style="list-style-type: none">Phương thức chuyển động: hai tay quay; được xếp gọn dưới đuôi giường. (1) Nâng hạ đầu từ: $0^{\circ} \sim 80^{\circ}$ (2) Nâng hạ chân từ: $0^{\circ} \sim 35^{\circ}$Tám chắn đầu/đuôi giường có thể tháo rời.	Năm sản xuất 2026 trở về sau	Việt Nam	Cái	1	



			<ul style="list-style-type: none"> - Mặt giường làm bằng thép tấm, có đục lỗ tròn giúp thoáng khí. - Lan can có thể gấp lên/xuống được. - Tải trọng lan can khi sử dụng: 70kg - Bánh xe kích thước: 125 mm; có khóa ở 4 bánh xe. - Có 4 móc treo nước thải ở 2 bên hông giường. - Có 4 lỗ cắm móc truyền dịch. - Tải trọng an toàn: 200kg <p>4. Phụ kiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá truyền dịch 2 móc: HK-016 - Nệm giường HK-301 (1) Dài 2000 x Rộng 850 x Cao 100mm ($\pm 5\%$) (2) Vỏ nệm: Vải polyester, chống cháy theo tiêu chuẩn CAL 117, kháng khuẩn, chống thấm nước. (3) Lớp trong: + Mặt trên là mút dạng gợn sóng, thoáng khí. + Mặt dưới là mút ép cứng, không xẹp. 					
2	Giường y tế hai tay quay	Model: HK-9006; Hãng sản xuất: hong ky co., ltd/ Việt Nam	<p>Tiêu chuẩn chất lượng <i>ISO 13485:2016</i></p> <p>1. Qui cách ($\pm 5\%$)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng thể: dài 2060 x rộng 920mm - Mặt giường: dài 1935 x rộng 840mm - Chiều cao: 470 mm <p>2. Chất liệu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt giường làm bằng khung thép đan lưới. - Khung giường làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện. 	Năm sản xuất 2026 trở về sau	Việt Nam	Cái	2	

TIN
HON
Y
AN

			<ul style="list-style-type: none"> - Tấm chắn đầu/đuôi giường làm bằng nhựa cứng đúc nguyên khối. - Lan can làm bằng nhôm và nhựa ABS không độc, kháng khuẩn. <p>3. Chức năng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phương thức chuyển động: bằng 2 tay quay; đặt gọn dưới đuôi giường. (1) Nâng hạ đầu từ: 0° ~ 80° (2) Nâng hạ chân từ: 0° ~ 35° - Tấm chắn đầu/đuôi giường có thể tháo rời. - Lan can có thể gập lên/xuống được. - Bánh xe kích thước: 125 mm; có khóa ở 4 bánh xe. - Có 4 móc treo nước thải ở 2 bên hông giường. - Có 4 lỗ cắm móc truyền dịch. - Tải trọng an toàn: 200kg <p>4. Phụ kiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá truyền dịch 2 móc: HK-016 - Nệm giường HK-301 (1) Dài 2000 x Rộng 850 x Cao 100mm ($\pm 5\%$) (2) Vỏ nệm: Vải polyester, chống cháy theo tiêu chuẩn CAL 117, kháng khuẩn, chống thấm nước. (3) Lốp trong: + Mặt trên là mút dạng gợn sóng, thoáng khí. 					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			+ Mặt dưới là mút ép cứng, không xẹp.					
3	Nệm Y Tế	Model: PTM-NYT50; Hãng sản xuất: Phúc Thịnh., LTD/ Việt Nam	Tiêu chuẩn chất lượng ISO: 9001:2015 <u>Thông số kỹ thuật:</u> Kích thước: 2000 x 800 x 50mm 1. Lớp bên ngoài: - Simili màu xám chống thấm nước. 2. Lớp bên trong: - Mút xốp (Foam) D20 theo tiêu chuẩn chống cháy TB117-2013 và giấy chứng nhận OEKO-TEX® STANDARD 100 * Các yêu cầu về kích thước được dung sai ±5%.	Năm sản xuất 2026 trở về sau	Việt Nam	cái	10	

