

Số: 393/GM-TTYT

An Biên, ngày 26 tháng 5 năm 2023

**GIẤY MỜI**  
**Về việc báo giá cung cấp vật tư trang thiết bị y tế**

Kính gửi: Quý công ty.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ nghị số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học kỹ thuật của Trung tâm Y tế huyện An Biên ngày 16 tháng 3 năm 2023;

Căn cứ tờ trình số 385/TTR-TTYT ngày 25 tháng 5 năm 2023 về việc xin chủ trương mua sắm trang thiết bị-vật tư y tế để phục vụ cho người bệnh tại Trung tâm Y tế huyện An Biên năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện An Biên,

Trung tâm Y tế huyện An Biên đang có kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế năm 2023 theo hình thức chào hàng cạnh tranh.

Để có cơ sở lập dự toán theo đúng quy định, nay Trung tâm Y tế huyện An Biên thông báo đến Quý Công ty cung cấp vật tư, trang thiết bị y tế có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gửi báo giá cung cấp vật tư, trang thiết bị y tế để Trung tâm Y tế huyện An Biên xây dựng kế hoạch theo danh mục đính kèm giấy mời như sau:



**1. Nội dung báo giá:** Quý Công ty có quan tâm và có khả năng cung cấp, gửi báo giá bao gồm các thông tin cơ bản như sau: tên trang thiết bị, tên thương mại, đơn vị tính, quy cách, chủng loại/mã sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật, hãng sản xuất, nước sản xuất, đơn giá, phân nhóm, phân loại, mã kê khai, ghi chú (nếu có)...

**2. Hình thức nhận báo giá:** Đề nghị Quý Công ty để toàn bộ hồ sơ báo giá vào 01 túi kín hoặc niêm phong (*không bắt buộc*).

Ngoài phong bì ghi: **Bảng báo giá cung cấp vật tư, trang thiết bị y tế.**

**3. Địa điểm nhận báo giá:** Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế, Trung tâm Y tế huyện An Biên, khu phố 3, thị trấn thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. SĐT: 02973.880.012

**Thời gian nhận báo giá:** 09 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo (đến hết ngày 07/6/2023).

Trên đây là giấy mời báo giá cung cấp vật tư trang thiết bị y tế của Trung tâm Y tế huyện An Biên thông báo đến quý công ty được biết để hợp tác./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website;
- Lưu: VT, nnhngan.

KT. **GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



BS. CKI. Trần Công Thành





**DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ- VẬT TƯ Y TẾ**

( Kèm theo Giấy mời: 33/GM-TTYT ngày 26 tháng 5 năm 2023 TTYT An Biên )

Stt	Tên vật tư y tế	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đvt	Số lượng thầu dự kiến
1	Băng cá nhân 2cm x 6cm	Sợi vải đàn hồi, miếng gạc thấm hút tốt, lực dính tốt, có kiểm tra vi sinh. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Miếng	13,000
2	Băng cuộn y tế, kích thước: 7cm x 2,5m	Băng cuộn y tế: kích thước: 0,07 x 2m – 2,5m; Được dệt từ sợi cotton 100%; Không có chất tẩy trắng; Sợi chắc - mịn; Không mùi; ; Giới hạn acid-kiềm: đạt trung tính TCCL: ISO: 13485: 2016 hoặc tương đương	Cuộn	3,000
3	Băng keo cuộn co giãn 10cm x 10m	Vải nền đàn không dệt co giãn, mềm mại, thoáng khí, an toàn cho mọi loại da, không sót keo sau khi tháo băng. Các vạch in sẵn giúp cắt theo kích cỡ tùy ý. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương	Cuộn	30
4	Băng keo vải 2.5x5 Vải lụa Taffeta trắng	Kích thước: khoảng 2,5cm x5-6m; chất liệu vải không đàn dệt, không dị ứng, không chứa cao su, lực dính cao, liên kết mạnh Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc tương đương	Cuộn	2,000
5	Bo điện tim	Tương thích với nhiều chuẩn cáp điện tim. - Núm cao su chất lượng tốt, có thể dùng nhiều lần mà không bị nứt. - Độ tiếp xúc cao, khi hút sẽ giữ cho cáp yên tĩnh, chống nhiễu tốt. - Hình thức đóng hộp: 6 điện cực ngực bằng kim loại + 6 nút hút cao su.	Hộp	6
6	Bộ điều kinh Karman bao gồm ống hút điều kinh từ số 4 đến số 5	Bộ điều kinh được tiệt trùng bao gồm: Xilanh và piston: 1 bộ - Ống hút: 2 ống - Dầu bôi trơn: 1 lọ Sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCCS 01:2016/NP	Cái	20



7	Bo huyết áp	Màu đen, chất liệu Latex, dùng thay thế trong bộ huyết áp kê.	Cái	30
8	Bóp bóng lớn	• Dùng để hồi sức bệnh nhân bị ngưng thở. Chất liệu PVC. Bộ bóp bóng giúp thở cho người lớn và trẻ em, trẻ sơ sinh	Cái	10
9	Chỉ không tan đơn sợi Nylon số 4-0 dài 75cm, kim tam giác ngược C-13, 3/8C, 19mm.	Chỉ không tan tổng hợp, đơn sợi chất liệu polyamide 6-6.6, chỉ dài 75cm, kim tam giác dài 19mm phủ silicon, cong 3/8 vòng tròn.	Tép	600
10	Chỉ không tan tự nhiên số 2/0, dài 75cm, kim tam giác 3/8C, dài 26 mm.	Chỉ không tiêu thiên nhiên đơn sợi từ các sợi kén của sâu tơ tằm, 2/0 kim tam giác 3/8 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26, chỉ phủ sáp, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Đóng gói PVC - giấy trắng PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. CE , ISO 13485	Cái	1,000
11	Chỉ nylon số 3/0 kim tam giác. dài 75 cm, kim tam giác 26 mm, 3/8 vòng tròn	Chỉ không tan tổng hợp, đơn sợi chất liệu polyamide 6-6.6, chỉ dài 75cm, kim tam giác dài 26mm phủ silicon, cong 3/8 vòng tròn	Tép	800
12	Chỉ phẫu thuật không tiêu 2/0-75cm; 1/2C-26mm	Chỉ phẫu thuật không tiêu, đường kính 2/0, dài 75cm, Wax/Silicon, màu đen - 1 kim, 1/2C, dài 26mm, đầu tròn - đóng gói đơn, tiệt trùng bằng khí EO.	Tép	48
13	Chỉ phẫu thuật không tiêu 3/0-75cm; 1/2C-26mm	Chỉ phẫu thuật không tiêu, đường kính 3/0, dài 75cm, Wax/Silicon, màu đen - 1 kim, 1/2C, dài 26mm, đầu tròn - đóng gói đơn, tiệt trùng bằng khí EO	Tép	48
14	Chỉ tan tổng hợp đơn sợi 2/0, dài 75cm, kim tròn 1/2 C, 26mm	Chỉ tan chậm tự nhiên (chỉ làm từ collagen cừ, phủ muối chromic) số 2, chỉ dài 75cm, kim tròn, cong 1/2C, dài 26mm	Tép	1,200
15	Chỉ tan tổng hợp đơn sợi số 3/0 dài 75cm, kim tròn cong 1/2C dài 26mm	Chỉ khâu phẫu thuật tiêu đơn sợi tổng hợp số 3/0, kim tròn đầu tròn dài 26 mm, thép không gỉ phủ silicone, 1/2C, sợi chỉ dài 70 cm,	Tép	200
16	Cồn 70 độ	Dùng để sát khuẩn ngoài da	Lít	400



17	Đầu Col vàng có khóa	Làm từ nhựa PP chánh phẩm, màu vàng Thể tích 20-200 $\mu$ l. 1000 cái/ gói Tiêu chuẩn: ISO 13485	Cái	5,000
18	Đầu col xanh (100-1000 $\mu$ l)	Chất liệu nhựa dùng trong y tế; Thể tích tối đa: 1000 $\mu$ l. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Cái	5,000
19	Dây Garo	* Chất liệu thun cotton, co giãn tốt. * Có gai dán.	Sợi	250
20	Dây nối bơm tiêm điện 150cm	. Dây làm bằng PVC y tế, dài 1500mm, đường kính trong 1mm, đường kính ngoài 2.1mm 2. Đầu nối vặn xoắn chống rò rỉ, thuận tiện kết nối 1 tay, chống xoắn dây, dây có khóa áp lực dương chống trào ngược dịch, máu, đầu ra đầu vô. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	100
21	Dây oxy 2 nhánh các cỡ	Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, trong suốt, mềm, gồm 1 ống chính, 2 ống phụ và 3 co nối. Tổng chiều dài ống dây là 2.200mm. . Được tiệt trùng bằng khí E.O. Tiêu chuẩn: ISO 13485 - 2016, hoặc tương đương	Cái	500
22	Đèn hồng ngoại + bóng	Làm từ hợp kim nhôm cao cấp. Sử dụng tia sáng đơn sắc. dây dẫn điện được gắn chặt với nhau, Cố định vị xoay linh động đến gần 360°, đuôi đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn, vỏ đèn làm bằng inox, chóa đèn chất liệu nhôm, bóng đèn hồng ngoại, hình bầu dục, có dimmer tăng giảm ánh sáng.	Cây	7
23	Dung dịch Khử khuẩn Mức độ Cao ortho-Phthalaldehyde 3.78 lít	Hoạt chất Ortho- Phthalaldehyde: 0,55% và thành phần trợ: 99,45%	Cal	5
24	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme 1 lít	5% Protease Enzyme + Detergent 9 (chất tẩy rửa)	Lít	15
25	Giấy chụp SA Sonomed 110S	• Kích thước 110mmx20m, sử dụng cho máy in nhiệt của các dòng máy in nội soi, siêu âm.	Cuộn	80



26	Giấy chụp SA Sonomed 110S	• Kích thước 110mmx20m, sử dụng cho máy in nhiệt của các dòng máy in nội soi, siêu âm.	Cuộn	80
27	Giấy điện tim 3 cần 80x20	Giấy điện tim Innomed G-80,BTS-310, New Tech 3105B, Edan SE3, Suzuken Cardico 306 (sọc đỏ) 80mm x 20m	Cuộn	80
28	Giấy điện tim 6 kênh 110x140	Giấy điện tim 6 cần (sọc đỏ). KT: 110mm x 140mm x 200 tờ. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	xấp	60
29	Giấy điện tim ecg 63mm*30m	Giấy điện tim ecg kích thước 63mm*30m	cuộn	130
30	Giấy ghi điện tim 12 kênh cho máy Mac 1200, kích thước: 210mm x 295mm x 150 tờ	Kích thước: 210mm x 295mm x 150 tờ , sọc đỏ. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	xấp	50
31	Giấy mắc moritouring BISTOS	130mmx120mmx250	Xấp	80
32	Hộp đựng gòn 7.5x 5.5cm	Được làm bằng inox 304 bóng sáng, không rỉ sét. kích thước 7.5 x5.5cm	Hộp	5
33	Hộp đựng kim huỷ	có nắp , trên thân hộp có logo y tế đúng chuẩn của bộ y tế quy định. 6.8L	Cái	30
34	Kẹp rón trẻ sơ sinh	Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, không chứa DEHP, không gây độc, không gây kích ứng. Gồm 2 phần nối với nhau bằng các khớp răng, màu trắng trong, cứng, nhẵn. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide.	cái	500
35	Kim khâu các size	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Được sản xuất bằng thép Cacbon với công nghệ sản xuất hiện đại cho đầu kim nhẵn, sắc nhọn.</li> <li>• Kích thước:  Tam giác - tròn: 5*14  - Tam giác - tròn: 7*17  - Tam giác - tròn: 8*20  - Tam giác - tròn: 9*24  - Tam giác - tròn: 10*34  - Tam giác - tròn: 11*34  - Tam giác - tròn: 13*34</li> </ul>	Cây	600



36	Kim lấy máu test đường huyết	- Dùng cho các loại bút lấy máu cho máy đo đường huyết thông dụng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Hộp/ 100 Cái	10
37	Kim lấy thuốc các số	Đốc kim bằng nhựa nguyên sinh PP (Polypropylene), màu theo tiêu chuẩn mã màu quốc tế để phân biệt cỡ kim. Kim được làm bằng thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh không có gờ, có nắp chụp bảo vệ. Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	26,000
38	Kim nha dài	Kim sắc bén, nhọn giảm cảm giác đau, ít gây kích ứng đỏ da, viêm tĩnh mạch, khó chịu cho bệnh nhân, Size 27G x 13/16" 0,04x30mm	cái	800
39	Kim nha ngắn	Kim sắc bén, nhọn giảm cảm giác đau, ít gây kích ứng đỏ da, viêm tĩnh mạch, khó chịu cho bệnh nhân, Size 27G x 13/16" 0,04x21mm	cái	4,000
40	Lam kính đầu mờ	Lam kính (phiến kính) hiển vi có cạnh mờ. Quy cách: 1 hộp 72 cái lam kính, Kích thước: 25.4 x 76.2mm Độ dày: 1 - 1.2mm	Hộp	110
41	Lọ nhựa đựng mẫu 50ml (Có nhãn)	Lọ nhựa PS trong suốt, dung tích 55ml, nắp nhựa màu đỏ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	Lọ	2,000
42	Lưỡi dao mổ các cỡ	Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng. Lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3, 4, 3L, 4L & 7. Kích thước gồm các số: 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22	Cái	800
43	Mặt nạ xông khí dung các size	* Chất liệu: PVC y tế, có kẹp mũi * Bình chứa thuốc 6ml, người lớn dây nối oxy 2m, trẻ em dây nối oxy 2m, sơ sinh dây nối oxy 2m * Tiêu chuẩn: ISO, FDA	Bộ	500

TH  
G TÂM  
TẾ  
YÊN  
BIÊN



44	Máy châm cứu 6 cọc chuỗi tròn	<p>Thông số kỹ thuật của MÁY ĐIỆN CHÂM 6 CỌC 12 KIM KWD-808 I</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Nguồn điện cung cấp: 220V – 50Hz</li> <li>-Nguồn điện đầu vào: &lt;50VA</li> <li>-KWD-808-II: là loại 4 giắc cắm cho ra 8 kim</li> <li>-Phân theo loại chống sốc: KWD-808-II thuộc loại thiết bị cấp 2 với nguồn cung cấp điện bên trong.</li> <li>-Phân loại theo mức độ chống sốc: KWD thuộc loại thiết bị BF</li> <li>-Phân loại theo mức độ ngăn cản chất lỏng có hại: KWD-808-II thuộc thiết bị thông thường.</li> <li>-Phân loại theo hệ thống làm việc: KWD-808-II thuộc trạng thái hoạt động liên tục</li> <li>-Cầu chì hữu dụng: thấp hơn 10,5A</li> <li>-Tần số xung điện làm việc: 1.2Hz – 55Hz, +/-30%</li> </ul>	Cái	8
45	Máy đo huyết áp kế	Trọn bộ gồm đồng hồ, bao cuộn, tai nghe 1 dây, bao đựng, phiếu bảo hành	Bộ	20
46	Máy đo huyết áp người lớn	Máy đo huyết áp cơ với vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao. Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không). Tai nghe có độ khuếch đại lớn	Bộ	37
47	Máy huyết áp nhi	Máy đo huyết áp cơ với vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao. Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không). Tai nghe có độ khuếch đại lớn	Bộ	8
48	Miếng dán Điện cực tim	Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết nối. Bất tín hiệu nhanh, cho tín hiệu ổn định, chính xác. Sử dụng được cho da nhạy cảm. Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.	Miếng	10



49	Nhiệt kế thủy ngân	Bên trong chứa thủy ngân; bên ngoài có vạch định mức đo nhiệt độ; dùng để đo kẹp nách. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Cái	240
50	Nước muối NaCl 0,9%	Chai 1.000 ml	Chai	12
51	Nước rửa tay nhanh có vòi xịt	Chlorhexidine gluconate 0,5%; Alpha terpineol 0,5%; ethanol 76%	Chai	200
52	Ống hút số 4, số 5, số 6	Ống hút có kích thước dài 22cm, các cỡ - Tiệt trùng bằng khí E.O - 1 cái/bịch	Cái	100
53	Ống nghe huyết áp	Thiết kế mặt nghe :2 mặt. Chuông & màng chắn, loại hai chiều có độ nhạy âm cao. Càng ống nghe làm bằng chất liệu Aluminum. Dây dẫn có thiết kế chữ Y: nhựa P.V.C. Màu xám hoặc đen	Cái	4
54	Ống nghiệm Ko nắp	nhựa trắng, trong suốt. Nhựa PS (cứng) , nhựa PP (dẻo) Ống 16*100mm (miệng ống 16mm và chiều dài ống 100mm) - Dung tích 10ml - Độ dày 1.0mm + Ống 12*75mm (miệng ống 12mm và chiều dài ống 75mm) - Dung tích 5ml - Độ dày 0.7mm Tiêu chuẩn chứng chỉ: ISO13485, CE	Cái	4,000
55	Ống nghiệm nắp trắng	nhựa PS trắng trong, có nắp, không có nhãn, chứa trong hộp mous giúp giữ cố định ống khi di chuyển mẫu Thể tích lưu mẫu tối đa: 5ml - Kích thước: 12 x 75mm - Tiêu chuẩn: ISO 13485	Cái	2,000
56	Pen thẳng 18 cm có mẫu	chất liệu thép không gỉ an toàn.	Cái	5
57	Pen thẳng 18 cm không mẫu	chất liệu thép không gỉ an toàn.	Cái	5
58	Que đũa lưỡi gỗ	Được làm từ gỗ tự nhiên, sấy khô, đánh bóng, mỗi que được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO.Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm	Cái	5,500



59	Que thử đường huyết Active 50 test strips	99% kết quả đo nằm trong vòng sai số $\pm 15\%$ với Pp chuẩn ở nồng độ $\geq 100\text{mg/dL}$ hoặc $5,55\text{ mmol/l}$ . Khoảng đo: $10\text{-}600\text{mg/dL}$ hoặc $0,6\text{mmol/L}\text{-}33,3\text{mmol/L}$ . Hematocrit: 20 - 70% (đo ngoài)	Hộp	60
60	Vòng đeo tay bệnh nhân (trẻ em, màu hồng)	Nhựa dẻo, có độ bền cao, nhẹ, mềm mại, không gây khó chịu cho người sử dụng. Kích thước $250 \times 25\text{mm}$ , $170 \times 18\text{mm}$	Chiếc	2,000
61	Vòng đeo tay bệnh nhân (trẻ em, màu xanh)	Nhựa dẻo, có độ bền cao, nhẹ, mềm mại, không gây khó chịu cho người sử dụng. Kích thước $250 \times 25\text{mm}$ , $170 \times 18\text{mm}$	Chiếc	2,000
Tổng:		61 khoản		