

Số: 581/TB-TTYT

An Biên, ngày 25 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc mua Máy điện xung trung tần.

Kính gửi: Quý công ty.

Trung tâm Y tế An Biên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, “Mua Máy điện xung trung tần” tại Trung tâm Y tế An Biên với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị nhận yêu cầu báo giá: TRUNG TÂM Y TẾ AN BIÊN

Địa chỉ: Ấp 3 – xã An Biên – tỉnh An Giang

Điện thoại: 02973510129 – 02973881306

2. Hình thức nhận báo giá: Đề nghị Quý Công ty để toàn bộ hồ sơ báo giá vào 01 túi kín hoặc niêm phong (*không bắt buộc*).

Ngoài phong bì ghi: **Báo giá cung cấp thiết bị y tế, vật dụng.**

3. Nội dung báo giá: Quý Công ty có quan tâm và có khả năng cung cấp, gửi báo giá bao gồm các thông tin cơ bản như sau: tên trang thiết bị, tên thương mại, đơn vị tính, quy cách, chủng loại/mã sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật, hãng sản xuất, nước sản xuất, đơn giá, phân nhóm, phân loại, mã kê khai, ghi chú (nếu có)...

4. Thời gian nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/7/2026.

Trên đây là thông báo yêu cầu báo giá cung cấp Mua Máy điện xung trung tần tại Trung tâm Y tế An Biên thông báo đến quý công ty được biết để hợp tác./. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu: VT, nnhngan.

GIÁM ĐỐC

BSCKI. Huỳnh Đức Hòa



DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ, VẬT DỤNG

(Kèm theo thông báo yêu cầu báo giá số 531/14-TT ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Trung tâm Y tế An Biên)

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Cấu hình, thông số kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất Xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Máy điện xung trung tần	Model: XYZP-IB	<ul style="list-style-type: none">- Tần số sóng trung tần: 2kHz-6kHz- Tần số sóng thấp tần điều chỉnh: 0-150Hz- Cường độ truy xuất lớn nhất: 0-100mA- Độ ổn định cường độ <math>\pm 5\%</math>- Điện áp nguồn 220V-22V/50Hz ± 1Hz- Công suất truy nhập: <math>< 35VA</math>- Phạm vi gia nhiệt tâm bản cực: 38-35 độ C- Đường truy xuất gia nhiệt: 1 đường	Năm sản xuất 2026 trở về sau	Trung Quốc	Cái	2	