

Số: 905/TBYCBG-TTYT
V/v gửi báo giá cung cấp
thiết bị y tế.

An Biên, ngày 06 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty.

Trung tâm Y tế huyện An Biên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, “Mua sắm thiết bị phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế An Biên năm 2024” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị nhận yêu cầu báo giá: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN BIÊN

Địa chỉ: Khu phố 3 - thị trấn Thứ Ba – huyện An Biên – tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 02973510129 – 02973881306

2. Hình thức nhận báo giá: Đề nghị Quý Công ty đề toàn bộ hồ sơ báo giá vào 01 túi kín hoặc niêm phong (không bắt buộc).

Ngoài phong bì ghi: **Bảng báo giá cung cấp thiết bị y tế.**

3. Nội dung báo giá: Quý Công ty có quan tâm và có khả năng cung cấp, gửi báo giá bao gồm các thông tin cơ bản như sau: tên trang thiết bị, tên thương mại, đơn vị tính, quy cách, chủng loại/mã sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật, hãng sản xuất, nước sản xuất, đơn giá, phân nhóm, phân loại, mã kê khai, ghi chú (nếu có)...

4. Thời gian nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/11/2024.

Trên đây là giấy mời báo giá cung cấp thiết bị y tế của Trung tâm Y tế huyện An Biên thông báo đến quý công ty được biết để hợp tác. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu: VT, nnnhngan.

GIÁM ĐỐC



BSCKI Huỳnh Đức Hòa



DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo thông báo yêu cầu báo giá số 905 ngày 06 tháng 11 năm 2024
của Trung tâm Y tế huyện An Biên)

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng thầu dự kiến
1	Máy phun khí dung	Chế độ hoạt động: Gián đoạn (30 phút làm việc và nghỉ ít nhất 30 phút). Kích thước máy: 10.5 - 17 - 18.2cm. Trọng lượng máy: 1,9kg. Điện áp: 220V, 50 HZ, 130VA. Lưu lượng khí tự do: ≥ 10 ml/phút. Áp suất vận hành: ≥ 1.15 bar Tốc độ xông tối đa: 0.4 ml/phút (6ml/15 phút). Kích thước hạt: 1,5 - 10 μ m. Kích thước hạt nhỏ MMAD (Đường kính trung bình khi động học) Xấp xỉ 4 μ m. Dung tích bầu xông: 6ml	Cái	02